



Fundacja Edukacji Europejskiej



WAŁBRZYCH



<p>Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu</p> <p><b>17. 02. 2020</b></p> <p>p/ 333 / 13 / N/zat. 1</p>
---

Wałbrzych, 17.02.2020

**RENGGLI Sp. z o.o.**  
**ul. Handlowa 6A**  
**15-399 Białystok**

W odpowiedzi na pytanie z dn. 14.02.2020, dot. zapytania ofertowego ZK/2/13SZKOL/III/2020 - zakup i montaż dygestorium laboratoryjnego dla 13 szkół podstawowych w Wałbrzychu, Zamawiający odpowiada:

1. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję nośną dygestorium z profili aluminiowych?  
Tak.
2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie blatu roboczego o grubości 33mm?  
Tak.
3. Czy Zamawiający dopuści wykonanie dygestorium o wysokości 2600mm z maksymalnie podniesionym oknem?  
Zamawiający może dopuścić dygestorium o wysokości 2600mm tylko wtedy, gdy wysokość urządzenia nie będzie mieć wpływu na podłączenie do wody, które w pracowni umiejscowione jest 40 cm nad posadzką.
4. Czy Zamawiający dopuści układ wentylacji opierający się na kolumnach wyciągowych?  
Zamawiający może dopuścić dygestorium z innym układem wentylacji tylko wtedy, gdy nie będzie mieć to wpływu na podłączenie wentylacyjne o średnicy 160 cm.
5. Czy zamawiający dopuści zlewik ceramiczny o wymiarach zewnętrznych 295x145mm?  
Tak.

Dopuszcza się 10% tolerancji (+ lub -) w zakresie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Z poważaniem,

*Justyna Małecka*

Justyna Małecka  
Fundacja Edukacji Europejskiej



Fundacja Edukacji Europejskiej  
68-500 Wałbrzych, ul. Dmowskiego 2/4  
tel./fax 74 051 00 10, e-mail: office@fede.pl  
NIP 800-20-60 150 KRS 0000 0014 00375



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

